

RELATÓRIO DE ESTUDO

048106.R

DETECÇÃO DA SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA - MAXIMIZADO

INSTITUIÇÃO:

Laboratórios Ecolyzer Ltda
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Saúde - 04171-000 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 5058-0518
E-mail: thayane@ecolyzer.com.br
Home Page: www.ecolyzer.com.br

PATROCINADOR:

GELATOTEC COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - ME
Rua Pereira do Lago, 349 - Vila Gomes - 05590-000 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3721-4012
E-mail: wilson@viscomed.com.br

ABRIL/2018

5.2 Classificação:

- Não sensibilizante.

6 CONCLUSÃO

A substância teste não causou nenhum tipo de reação dérmica ou sistêmica nas cobaias, sendo considerada então uma substância não sensibilizante.

7 REGISTROS

Todos os dados brutos e registros desse estudo estão arquivados na instituição ECOLYZER, localizada à Rua Romão Puiggari, 898 – Vila das Mercês - 04161-001 – São Paulo/SP.

Os registros mantidos incluem e não se limitam a: correspondências pertinentes aos estudos, dados brutos e outros documentos relacionados à interpretação e avaliação dos resultados, bem como uma cópia do Relatório de Estudo. Esses registros serão arquivados por um período de 05 anos.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BS EN ISO 10993-10, 2013 - Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and skin sensitization.
